



НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА:

Протокол испытаний

■ ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА:

определение качественных показателей меда

■ НОМЕР ДОКУМЕНТА:

D-78/1

■ ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА:

03.07.2023

■ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА:

■ НАИМЕНОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ОРГАНА:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Узбекистан

■ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ДОКУМЕНТЕ:

мед, массовая доля воды, массовая доля
редуцирующих сахаров, массовая доля фруктозы и
глюкозы, массовая доля сахарозы, диастазное число,
механические примеси, признаки брожения

	“SIFAT NAZORATI VA ILMIY TADQIQOTLAR MARKAZIY LABORATORIYASI”	Hujjat № (Документ)	HL-PR-14
		Kiritish sanasi: (Дата введения)	10.06.2022
		Bet: (Страница)	1 из 2

Sinov laboratoriyasi yuridik va joylashgan manzili: 100049, O‘zbekiston, Toshkent, Farobiy 333 «A»
tel.: 71-2462813, faks: 78-1501916, e-mail: 40-otdeluztest@mail.ru

Sinovlar bayonnomasi №: D-78/1

(Протокол испытаний, №)

«TASDIQLAYMAN»
“SIFAT NAZORATI VA ILMIY
TADQIQOTLAR MARKAZIY
LABORATORIYASI”
Boshlig‘i
Isakova Z.A.
«03» 04 2023 y.

Sinov obyekti: (Объект испытаний):	Asal «Точка 2» 14.06.23, qadoqlanmagan
Mijoz nomi va ma'lumotlari (Наименование и контактные данные заказчика):	RS SUCCESS AGRO
Sinov turi: (Вид испытания):	Xat
Namuna tanlash dalolatnomasi (xat) raqami va sanasi: (Номер и дата акт отбора, письма):	2023-06-15/130/8
Namunalarni qayd etilgan sana: (Дата поступления образца):	15.06.2023y
Namuna uchun me'yoriy hujjat: (Нормативный документ на продукцию):	GOST 19792-2017; p.5.1.3; jadval 2;
Sinov o'tkazilgan sana: (Дата проведения испытаний):	15.06.2023y – 03.07.2023y

Sinov natijasi
Результаты испытаний

Ko'rsatkichlar nomi, o'lchov birliklari (Наименование показателей, единицы измерений)	Me'yoriy hujjat talablari (Требования нормативной документации)	Sinov natijalari (Результаты испытаний)	Sinov usullari (metodika) (Нормативный документ (методика) на методы испытаний)
Tashqi ko'rinishi Внешний вид	Suyuq, qisman yoki to'liq kristallangan Жидкий, частично или полностью закристаллизованный	Qisman kristallangan Частично закристаллизованный	Tashqi ko'rik


Sinov bayonnomasini rasmiylashtirgan mutaxassis: (Специалист оформивший протокол)	Azimdjanova F.
*Eslatma/Примечание: Sinov o'tkazilgan sharoitlar MX talablariga muvofiq. (Условия проведения испытаний соответствует требованиям НД) Sinovda foydalanilgan uskunalar attestatsiyalangan/qiyoslangan/kalibrangan, bu ma'lumotlar laboratoriya akkreditatsiya hujjatlarida keltirilgan. (Использованные приборы аттестованы/поверены/калиброваны. Информация приведена в сведениях о лаборатории) Sinov natijalari tasdiqlanib olingan natijalar haqida ma'lumot. (Информация о результатах, полученных от внешних поставщиков) mavjud emas. Tashqi yekunli beryuvchidan olingan natijalar haqida ma'lumot. (Информация о результатах, полученных от внешних поставщиков) mavjud emas. Usuldan chetlanish yoki qo'shish, og'ib. (Дополнение, отклонения или исключения из метода) mavjud emas. Ushbu hujjati akkreditlangan laboratoriyaning ruxsatisiz to'liq yoki qisman qayta chop etish mumkin emas! (Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованной испытательной лаборатории) Laboratoriya sinov natijalariga ko'ra muvofiqli xulosasini bermaydi. (По результатам испытаний лаборатория не дает заключения о соответствии) Namuna olish natijasida yuzaga keladigan o'lchov noaniqligi kengaytirilgan noaniqlikga kiritilmaydi, chunki laboratoriya namunalarni tanlab olishda qatnashmaydi. O'lchov noaniqligi murojaatchi talab qilgan holatida yoki sinov natijalarining ishonchligi yoki qo'shish bilan bog'liq holda aniqlanadi. (Неопределенность измерений, возникающая в результате отбора проб, не включается в расширенную неопределенность измерения отбором проб не занимается. Неопределенность измерений определяется если этого требует заказчик, если это имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний)	

 “SNML”	“SIFAT NAZORATI VA ILMIY TADQIQOTLAR MARKAZIY LABORATORIYASI”	Hujjat № (Документ)	HBL-PR-14
		Kiritish sanasi: (Дата введения)	10.06.2022
		Bet: (Страница)	1 из 2

Sinov laboratoriyasi yuridik va joylashgan manzili: 100049, O‘zbekiston, Toshkent, Farobiy 333 «A»
tel.: 71-2462813, faks: 78-1501916, e-mail: 40-otdeluztest@mail.ru

Sinovlar bayonnomasi №: D-78/1

(Протокол испытаний, №)



«TASDIQLAYMAN»
“SIFAT NAZORATI VA ILMIY
TADQIQOTLAR MARKAZIY
LABORATORIYASI”
Boshlig‘i
Isakova Z.A.
«03» 07 2023 y.

Sinov obyekti: (Объект испытаний):	Asal «Точка 2» 14.06.23, qadoqlanmagan
Mijoz nomi va ma'lumotlari (Наименование и контактные данные заказчика):	RS SUCCESS AGRO
Sinov turi: (Вид испытания):	Xat
Namuna tanlash dalolatnomasi (xat) raqami va sanasi: (Номер и дата акт отбора, письма):	2023-06-15/130/8
Namunalarni qayd etilgan sana: (Дата поступления образца):	15.06.2023y
Namuna uchun me'yoriy hujjat: (Нормативный документ на продукцию):	GOST 19792-2017; p.5.1.3; jadval 2;
Sinov o'tkazilgan sana: (Дата проведения испытаний):	15.06.2023y – 03.07.2023y

Sinov natijasi

Результаты испытаний

Ko'rsatkichlar nomi, o'lchov birliklari (Наименование показателей, единицы измерений)	Me'yoriy hujjat talablari (Требования нормативной документации)	Sinov natijalari (Результаты испытаний)	Sinov usullari (metodika) (Нормативный документ (методика) на методы испытаний)
Tashqi ko'rinish Внешний вид	Suyuq, qisman yoki to'liq kristallangan Жидкий, частично или полностью закристаллизованный	Qisman kristallangan Частично закристаллизованный	Tashqi ko'rik

Sinov bayonnomasini rasmiylashtirgan mutaxassis:

(Специалист оформивший протокол)

Azimdjanova F.

*Eslatma/Примечание:

Sinov o'tkazilgan sharoitlar MX talablariga muvofiq. (Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД)
Sinovda foydalanilgan uskunalar attestatsiyalangan/qabullangan. Bu ma'lumotlar laboratoriya akkreditatsiya hujjatlarida keltirilgan. (Использованные приборы аттестованы/приняты/калиброваны. Информация приведена в сведениях о лаборатории)
Sinov natijalari taqdim etilgan namunalariga tegishli. (Результаты испытаний распространяются на представленные образцы)
Tashqi yetkazib beruvchidan olingan natijalar haqida ma'lumot. (Информация о результатах, полученных от внешних поставщиков) mavjud emas.
Usuldan chetlanish yoki qo'shish, og'ish. (Дополнение, отклонения или исключения из метода) mavjud emas.
Ushbu hujjatni akkreditlangan laboratoriyang ruxsatisiz to'liq yoki qisman qayta chop etish mumkin emas! (Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованной испытательной лаборатории)
Laboratoriya sinov natijalariga ko'ra muvofiqlik xulosasini bermaydi. (По результатам испытаний лаборатория не дает заключения о соответствии)
Namuna olish natijasida yuzaga keladigan o'lchov noaniqligi kengaytirilgan noaniqlikga kiritilmaydi, chunki laboratoriya namunalar tanlab olishda qatnashmaydi. O'lchov noaniqligi muqarrarlashtirilgan holatda yoki sinov natijalarining ishonchligi yoki qo'llanishi bilan bog'liq holatlarda aniqlanadi. (Неопределенность измерений, возникающая в результате отбора проб, не включается в расширенную неопределенность измерений, так как лаборатория отбор проб не занимается. Неопределенность измерений определяется если этого требует заказчик, если это имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний)

 “SNML”	“SIFAT NAZORATI VA ILMIY TADQIQOTLAR MARKAZIY LABORATORIYASI”	Hujjat № (Документ)	HBL-PR-14
		Kiritish sanasi: (Дата введения)	10.06.2022
		Bet: (Страница)	2 из 2
Sinov laboratoriyasi yuridik va joylashgan manzili: 100049, O‘zbekiston, Toshkent, Farobiy 333 «A» tel.: 71-2462813, faks: 78-1501916, e-mail: 40-otdeluztest@mail.ru			

Sinovlar bayonnomasi №: D-78/1


(Протокол испытаний, №)

Xushbo'y hid Аромат	Yoqimli, pastdan kuchligacha, begona hid yo'q Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха	Yoqimli, yumshoq, begona hid yo'q Приятный, слабый, без постороннего запаха	Organoleptic
Ta'mi Вкус	Shirin, yoqimli, begona ta'amsiz Сладкий, приятный, без постороннего привкуса	Shirin, yoqimli, begona ta'amsiz Сладкий, приятный, без постороннего привкуса	Organoleptic
Suvning massa ulushi, %, ko'p emas Массовая доля воды, %, не более	20	18,7	GOST 31774-2012
Qaytaruvchi shakarning massa ulushi, % kam emas Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее	65	66,5	GOST 19792
Jami fruktoza va glyukozaning massa ulushi, %, kamida: Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее:	Aslida фактически	62,2	GOST 32167-2013
Saxarozaning massa ulushi, %, ko'p emas: Массовая доля сахарозы, %, не более	Aslida фактически	5	GOST 32167-2013
Диастазное число, ед. Готе, не менее	8	17,9	GOST 34232-2017
HMFga sifatli javob Качественная реакция на ГМФ	Manfiy Отрицательная	Manfiy Отрицательная	GOST 31768-2012
Mexanik aralashmalar Механические примеси	Ruxsat berilmagan Не допускаются	Aniqlanmadi Не обнаружено	GOST 19792
Fermentatsiya belgilari Признаки брожения	Ruxsat berilmagan Не допускаются	Aniqlanmadi Не обнаружено	Organoleptic

Sinov bayonnomasini rasmiylashtirgan mutaxassis:

Azimdjanova F.

(Специалист оформивший протокол)



*Eslatma/Примечание:
Sinov o'tkazilgan sharoitlar MX talablariga muvofiq (Условия проведения испытаний соответствует требованиям МН)
Sinovda foydalanilgan uskunalar attestatlangan/qiyoslangan/kalibrangan, bu ma'lumotlar laboratoriya akkreditatsiya hujjatlariga kiritilgan (Использованные приборы аттестованы/сертифицированы. Информация приведена в сведениях о лаборатории)
Sinov natijalari taqdim etilgan namunalarga tegishli (Результаты испытаний распространяются на представленный образец)
Tashqi yetkazib beruvchidan olingan natijalar haqida ma'lumot (Информация о результатах, полученных от внешних поставщиков) mavjud emas.
Usuldan cheklanish yoki qo'shish, o'g'itish (Дополнение, отклонения или исключения из метода) mavjud emas.
Ushbu hujjatni akkreditlangan laboratoriyaning ruxsatisiz to'liq yoki qisman qayta chop etish mumkin emas!
(Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованной испытательной лаборатории)
Laboratoriya sinov natijalariga ko'ra muvofqlik xulosasini bermaydi. (По результатам испытаний лаборатория не дает заключения о соответствии)
Namuna olish natijasida yuzaga keladigan o'chov noaniqligi kengaytirilgan noaniqlikga kiritilmaydi, chunki laboratoriya namunalarni tanlab olishda qatnashmaydi. O'chov noaniqligi murojaatchi talab qilgan holatida yoki sinov natijalarining ishonchligi yoki qo'llanilishi bilan bog'liq hollarda aniqlanadi. (Неопределенность измерений, возникающая в результате отбора проб, не включается в расширенную неопределенность измерений, так как лаборатория отбором проб не занимается. Неопределенность измерений определяется если этого требует заказчик, если это имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний)